Panasonic®

保管用

保証書付

医療機器承認番号
22000BZX00577000

エアーマッサージャー

家庭用 エアーキュット EP1601

足用

添付文書
取扱説明書

効能・効果
あんま・マッサージの代用

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（2～5ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

（イメージ写真）

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

● 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。

(1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
(2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
(3) 心臓に障害のある人
(4) 妊娠中や出産直後の人
(5) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
(6) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人
(7) 施療部位に創傷のある人
(8) 体温38℃以上(有熱期)の人
（例：急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき）
(9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
(10) 脚部に重度の血行傷害のある人
(11) 椎間板ヘルニア症の人
(12) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき

守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

● 次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人。
（例：血栓[塞栓]症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など）
症状を悪化させるおそれがあります。

⚠警告

- **マッサージ以外の目的で使用しない。**
  事故やけがの原因になります。
- **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。**
  発火や感電の原因になります。
- **電源コードや電源プラグがこわれたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電やショート・発火・故障の原因になります。
- **変圧器による使用はしない。**
  事故や感電の原因になります。
- **本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。**
  事故や感電の原因になります。

- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。

- **必ず交流100Vで使用する。**
  守らないと発火や感電の原因になります。
- **動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。**
  そのまま使用すると発火や感電の原因になります。

- **絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。**
  発火や感電・けがの原因になります。
  修理はお買い上げの販売店またはお近くのパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

- **使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談のうえご使用ください。**
  守らないと事故や体調不良をおこす原因になります。
- **幼児やお子様、また自分で操作のできない人に使わせない。**
  守らないと事故やけがの原因になります。
- **マッサージは1回15分以内にする。**
  守らないと逆効果やけがの原因になります。
- **電源コードを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。**
  守らないと感電やショート・発火の原因になります。

- **足以外には使用しない。**
  けがの原因になります。
- **電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分などを付着させない。**
  感電やショート・発火・故障の原因になります。
- **収納時にコードを本体に巻きつけない。**
  コードに負担がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

- **浴室などの湿気の多い場所で使わない。**
  感電や故障の原因になります。

- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと感電ややけどの原因になります。
- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

もくじ

2 安全上のご注意

7 各部のなまえ

8 準備

10 使いかた

14 使用後は

16 お知らせ

各部のなまえ

本体

足用アタッチメント（2個）※左右共通です

足用アタッチメントの装着

1 足に装着する

- かかとをアタッチメントのかかと部分に合わせる。
- お好みに応じて足裏には足裏突起マットを、足首には足首指圧シートを装着する。指定部位以外に使わない。
- 足裏突起マットを足裏突起マットストッパーで、固定する。
- 足首指圧シートを足首指圧シート固定バンドで固定する。

2 足、足首の順に面ファスナーで固定する

- 面ファスナーがはずれないように手でしっかり押さえて固定する。
- ストッキングをはいている場合は面ファスナー（外面）に付かないように気をつける。
- アタッチメントを装着した状態で歩かない。

アタッチメントを足に装着せずに動作させない。
アタッチメントに過度の圧力がかかり、空気もれをおこす原因になります。

⚠警告

- **医師の治療を受けている人や、心臓障害のある人、ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器を使用している人、悪性腫瘍のある人、妊娠中や出産直後の人、かつて治療を受けたところや疾患部へ使用する人、骨の弱い人（骨粗しょう症など）、安静を必要とする人、熱の高い人（38℃以上）、重度の血行障害のある人、その他特に身体に異常を感じている人は、医師と相談のうえ使用する。**
  事故や体調不良の原因になります。
- **マッサージ以外の目的で使用しない。**
  事故やけがの原因になります。

3 エアープラグを本体に差し込む

- 穴の大きさに合わせて縦にカチッと音がするまで差し込む。
- ホースを踏んだり、上に重い物を載せたりしない。

●片足のみ使用の場合（片足のみのご使用もできます）

- エアーストッパーの付いたアタッチメントを使用する
- エアープラグを本体に差し込んだ後、残りのエアープラグ差込口にエアーストッパーを差し込む（左右どちらでもかまいません）
- 2人で片足ずつ使用しない。
- もみおし、もみ動作でご使用の場合、ステップ加圧の回数が少なくなる場合があります。
（P12参照）

⚠警告

- **本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。**
  事故や感電の原因になります。

⚠注意

- **足以外には使用しない。**
  けがの原因になります。
- **幼児やお子様、また自分で操作できない人に使わせない。**
  守らないと事故やけがの原因になります。
- **浴室など湿気の多い場所で使わない。**
  感電や故障の原因になります。

電源を入れてマッサージする

1 電源プラグを差し込む

2 電源［入/切］ボタンを押し電源を入れる

● 電源を入れてから約15分で自動的に電源が切れます。（15分タイマー）

肉ばなれのしやすい人や皮膚の弱い人は、始めは使用時間を短くしてください。

アタッチメントをこたつの中やファンヒータの前など表面温度の上がる場所で使用しない。
アタッチメントが加熱され素材変形、強度低下をおこし空気もれをおこす原因になります。

⚠警告

- **ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。
- **必ず交流100Vで使用する。**
  守らないと発火や感電の原因になります。
- **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。**
  発火や感電の原因になります。
- **電源コードや電源プラグがこわれたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電やショート・発火・故障の原因になります。
- **変圧器による使用はしない。**
  事故や感電の原因になります。

3 動作選択ボタンを押し動作を選ぶ

（P12参照）

● 選んだ動作のランプが点滅する。

4 強さ選択ボタンを押し強さを選ぶ

● 選んだ強さのランプが点滅する。

● 始めは「よわい」で使い、慣れてから強さを調整する。（マッサージの途中で替えられます）

5 マッサージが終わったら電源を切る

ソックスやズボンの上からご使用ください。足に使用跡がつき、すぐにとれない場合がありますので、お出かけ前のご使用にはご注意ください。

⚠警告

- **動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。**
  そのまま使用すると発火や感電の原因になります。

⚠注意

- **使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談の上ご使用ください。**
  守らないと、事故や体調不良をおこす原因になります。
- **マッサージは1回15分以内にする。**
  守らないと逆効果やけがの原因になります。

マッサージの内容について

動作について

	加圧表示と加圧イメージ	加圧方法	特徴
もみおし	足首 消灯 / 足 点滅 → 足首 消灯 / 足 はやい点滅 → 足首 点滅 / 足 点灯 → 足首 はやい点滅 / 足 消灯 → 足首 点灯 / 足 消灯 → 足首 消灯 / 足 消灯 圧力高 加圧 ステップ加圧 保圧 排気 足 足首 動作時間	●所定圧力まで加圧した後、階段状に細かく加圧と保圧をくり返し、（ステップ加圧）その後、一定時間保圧を行う。 ●足から足首へと順送りで加圧が行われる。	●リズミカルで心地よい刺激とじっくりとした保圧の組合せにより、効果的なマッサージができる。
もみ	足首 消灯 / 足 点滅 → 足首 消灯 / 足 はやい点滅 → 足首 点滅 / 足 消灯 → 足首 はやい点滅 / 足 消灯 → 足首 消灯 / 足 消灯 圧力高 加圧 ステップ加圧 排気 足 足首 動作時間	●所定圧力まで加圧した後、階段状に細かく数多く加圧と保圧をくり返す。（ステップ加圧） ●足から足首へと順送りで加圧が行われる。	●刺激の強さをリズミカルに変化させているので、心地よい刺激が得やすい。 ●はじめてお使いの方や比較的疲れが軽い方におすすめ。
おし	足首 消灯 / 足 点滅 → 足首 点滅 / 足 点灯 → 足首 点灯 / 足 消灯 → 足首 消灯 / 足 消灯 圧力高 加圧 保圧 排気 足 足首 動作時間	●所定圧力まで加圧した後、一定時間保圧を行う。 ●足から足首へと順送りで加圧が行われる。	●充分な保圧をじっくり行うので、疲れが大きい方におすすめ。 ●慢性的にふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ。

使い終わったら

必ず電源「切」の状態で行ってください。

1 電源プラグを抜く

2 本体からエアープラグを抜く

3 アタッチメントを重ねる

①アタッチメントを丸め、かかと部分で折り曲げる。
②丸めたアタッチメントをもう一方のアタッチメントに重ねる。
③ホースを巻く。
ホースが折り曲がらないように注意する。
ホースははずさない。

4 電源コードはコードバンドで結束する

● 本体に巻きつけない。

5 箱に収納する

● 箱は収納時にご利用ください。

⚠注意

● **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。**
守らないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

● **電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。**
守らないと感電やショート・発火の原因になります。

お手入れと保管

必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。

■お手入れは…

本体・アタッチメントの汚れは、石ケン液を含ませた布でふく

● シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しない。
● エアープラグ差込口に異物を入れない。

■保管は…

小さな子供の手の届く所に置かない

● 本体を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたりしない。
● 温度・湿度の高い所や直射日光のあたる所に置かない。
● 足用アタッチメントに、針やピン等を刺さない、また鋭利なものをあてない。
● 足用アタッチメントの表面にものを置いた状態で保管しない。
足用アタッチメントの表面に跡がついたり,色移りするおそれがあります。

（足用アタッチメント）を紛失されたとき
最寄りの販売店にてお買い求めください。 （ご注文品番）EP0162（2個入り）

⚠注意

● **電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分などを付着させない。**
感電やショート・発火・故障の原因になります。

● **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
抜かないと感電ややけどの原因になります。

● **収納時にコードを本体に巻きつけない。**
コードに負担がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

Q&A

エアーマッサージについてQ&Aでお答えします。

Q1 「ダブルエアーもみ」って何ですか？

A1：
●空気ならではのやさしい触感で、足→足首の順に加圧・排気をくり返す方式です。

Q2 なぜ「使ってはいけないとき」があるの？

A2：
●発熱時：特に原因不明時は重大な病気かもしれません。
●妊娠中、産後：ホルモンのバランスが崩れています。
●高血圧、重度の血行障害の人：血管に大きな負担となります。
以上のような場合は必ず医師と相談のうえ、ご使用ください。

■別売品のご案内

下記のアタッチメントも取り揃えております。

<ふくらはぎ用アタッチメント>
品番　EP0163（2個入り）
●疲れたふくらはぎのマッサージにおすすめです。
※足用との同時使用はしないでください。

故障かな？と思ったとき

下記の点検をお願いします。

こんなとき	原因と処置
●動かない ●表示ランプが点灯しない	●電源プラグが抜けていないか確認する。▶（P10参照）
●「つよい」にしても圧力が弱い ●強さ表示ランプ動作表示ランプすべてが点滅	●足用アタッチメントがしっかり固定されているか確認する。▶（P8参照） ●接続ホースに物を載せていないか確認する。▶（P9参照）
●強さ表示ランプ動作表示ランプすべてが点滅	●エアープラグが抜けていないか確認する。▶（P9参照）

上記の「原因と処置」での点検後、なお異常がある場合は使用を中止し、事故防止のため、ただちに電源プラグを抜き必ず販売店に修理を依頼してください。

⚠警告

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理しない。
発火や感電・けがの原因になります。

■定格・仕様

販売名	エアーマッサージャー　エアーキュット　EP1601		
使用電源	電源AC100V　50―60Hz	消費電力	7W
類別	機械器具77　バイブレーター	一般的名称	家庭用エアマッサージ器（JMDNコード34663000）
医療機器の種類	管理医療機器		
医療機器承認番号	22000BZX00577000		
エアースピード	15～40秒／1サイクル（片足使用時は10～20秒／1サイクル）		
圧力	よわい：約130hPa、ふつう：約195hPa、つよい：約260hPa		
安全装置	「入／切」ボタン切り後3秒で67hPa以下に減圧		
タイマー	約15分		
寸法　本体	たて235×よこ64×高さ40（mm）		
寸法　足用アタッチメント	たて260×よこ90×高さ200（mm）／ホース長さ100cm		
質量　本体	約425g		
質量　足用アタッチメント	約280g（1個あたり）		
定格時間	連続		
アタッチメント対応寸法	足寸法　約22～28cm		
製造販売元	パナソニック株式会社　東京都港区西新橋2-38-5　西新橋MFビル		
製造元	日光精器株式会社	製造国名	日本

愛情点検　長年ご使用のマッサージャーの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
・電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ・作動中に異常な音、振動がする。 ・本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず､お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　　　）　　　－
お買い上げ日	年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったとき」（P17）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	エアーマッサージャー
●品　番	EP1601
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用

部品代　部品および補助材料代

出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　6年

当社は、このエアーマッサージャーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は…………………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区	窓口	電話番号	所在地
北海道地区	札 幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青 森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「540＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

2012年1月1日作成（新様式第1版）
Y0901-11012

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

エアーマッサージャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EP1601
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　　　**様** 電　話（　　　）　ー
※販売店	住所・氏名 電話（　　　）　ー

見本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線